

Dados referentes ao cliente			
Empresa solicitante:	VENTURO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. - CNPJ/MF sob o nº 10.638.075/0001-58		
Endereço:	Goiânia - Estado de Goiás, Rua 14A, nº 99, Quadra 50A, Lote 22, Sala 02, Setor Aeroporto		
Contato:	Prof. Dr. Luiz Fabrício Zara	Telefone:	(61) 8178 7831
e-mail:	fabrizozara@gmail.com		

Dados referentes à amostra	
Identificação da amostra:	Material particulado em água superficial - Campanha 21
Data coleta:	06-13 de Outubro de 2014

RESULTADOS			
IDENTIFICAÇÃO			PARÂMETROS DETERMINADOS
			[Hg _{TOTAL}]/µg kg ⁻¹
P1	Rio Mamoré		392,74
P1.2	Rio Beni		198,92
P2	Rio Madeira Mad 1	1A (M.D.)	144,19
		1B (C)	196,31
		1C (M.E.)	110,88
P3	Igarapé Ribeirão		192,57
P4	Igarapé Araras		100,15
P5	Rio Abunã		195,25
P6	Rio Madeira- Mad 2	2A (M.D.)	248,18
		2B (C)	154,02
		2C (M.E.)	82,89
P7	Igarapé Simãozinho		67,15
P8	Igarapé São Simão		96,78
P9	Rio Madeira- Mad 3	3A (M.D.)	116,81
		3B (C)	96,41
		3C (M.E.)	105,79
P10	Igarapé Castanho		250,32
P11	Rio Mutum-Paraná		132,23
P12	Rio Cotia		74,15
P13	Área alagada do Mutum		130,13
P20	Foz do Rio Mutum	<0,3	159,31
P14	Rio Madeira- Mad 4	4A (M.D.)	122,53
		4B (C)	119,91
		4C (M.E.)	138,58
P15	Igarapé São Lourenço		88,52
P16	Igarapé Caiçara		148,57
P17	Igarapé Jirau		199,44
P18	Rio Madeira- Mad 5	5A (M.D.)	123,94
		5B (Centro)	184,02
		5C (M.E.)	112,06
P19	Rio Madeira- Mad 6	6A (M.D.)	100,21
		6B (Centro)	140,57
		6C (M.E.)	112,94
P22	Igarapé Raul		96,77

Informações Gerais

Os resultados deste Relatório de Análise se restringem à amostra analisada.

Todas as informações do cliente, referentes a este trabalho estão protegidas por nossa Política de Confidencialidade.

Nenhuma das informações contidas neste relatório pode ser reproduzida ou alterada sem autorização da Venturo Análises Ambientais Ltda.

Metodologias de Referência

POP-EFQ 036 – Determinação de Mercúrio Total em Macrófitas por Decomposição Térmica e Amalgamação em Coluna de Areio de Ouro

Standard Methods for Examination of Water and Wastewater SMEWW 3120 B, USEPA 6010 C

Resultados conferidos e liberados por:


Rafael Rodrigo P. Vasconcelos
Gerente da Qualidade
CRQ IV 04200882


Dr^a. Vanessa Pezza Franzini
Gerente Técnica
CRQ IV- 041 00166

----- FIM DO RELATÓRIO -----