

Determinação de mercúrio em água
DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Razão Social:	VENTURO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.		
CNPJ:	10.638.075/0001-58		
Endereço:	Rua 14A, nº 99, Quadra 50A, Lote 22, Sala 02, Setor Aeroporto - Goiânia-GO		
Contato:	Prof. Dr. Luiz Fabrício Zara	Telefone:	(61) 8178 7831
e-mail:	fabriciozara@gmail.com		

DADOS REFERENTES ÀS AMOSTRAS

Campanha:	22ª
Tipo de amostra:	Água superficial
Data da coleta:	Janeiro/2015

ANÁLISES EM LABORATÓRIO

IDENTIFICAÇÃO			[Hg _{TOTAL}]/ng L ⁻¹	[Hg _{ORG}]/ng L ⁻¹	[Hg _{REATIVO}]/ng L ⁻¹
P1	Rio Mamoré		16,49	< 0,3	11,07
P1.2	Rio Beni		13,26	< 0,3	8,98
P2	Rio Madeira Mad 1	1A (M.D.)	22,36	< 0,3	17,93
		1B (C)	20,72	< 0,3	16,85
		1C (M.E.)	21,61	< 0,3	19,98
P3	Igarapé Ribeirão		24,16	< 0,3	14,57
P4	Igarapé Araras		15,27	< 0,3	10,45
P5	Rio Abunã		15,89	< 0,3	11,26
P6	Rio Madeira- Mad 2	2A (M.D.)	20,25	< 0,3	16,52
		2B (C)	22,16	< 0,3	16,91
		2C (M.E.)	23,28	< 0,3	18,69
P7	Igarapé Simãozinho		18,83	< 0,3	10,93
P8	Igarapé São Simão		19,36	< 0,3	14,02
P9	Rio Madeira- Mad 3	3A (M.D.)	20,43	< 0,3	17,82
		3B (C)	18,54	< 0,3	14,47
		3C (M.E.)	23,15	< 0,3	17,13
P10	Igarapé Castanho		28,65	< 0,3	23,43
P11	Rio Mutum-Paraná		26,17	< 0,3	19,28
P12	Rio Cotia		10,72	< 0,3	8,228
P13	Área alagada do Mutum		29,65	< 0,3	21,98
P20	Foz Mutum		32,39	< 0,3	22,74
P14	Rio Madeira- Mad 4	4A (M.D.)	25,11	< 0,3	17,44
		4B (C)	27,22	< 0,3	17,29
		4C (M.E.)	29,61	< 0,3	20,66
P15	Igarapé São Lourenço		37,92	< 0,3	29,27
P16	Igarapé Caiçara		35,04	< 0,3	22,98
P17	Igarapé Jirau		13,38	< 0,3	9,96
P18	Rio Madeira- Mad 5	5A (M.D.)	20,28	< 0,3	13,74
		5B (C)	24,65	< 0,3	18,51
		5C (M.E.)	23,72	< 0,3	16,28
P19	Rio Madeira- Mad 6	6A (M.D.)	20,98	< 0,3	14,56
		6B (C)	24,39	< 0,3	14,64
		6C (M.E.)	27,09	< 0,3	19,61
P22	Igarapé Raul		28,43	18,64	< 0,3

Determinação de mercúrio em água

METODOLOGIA DE REFERÊNCIA

As espécies de mercúrio foram quantificadas por Espectrometria de Fluorescência Atômica, de acordo com metodologias recomendadas pelo USEPA Method 1631 (Revisão E - 08/2002) e USEPA Method 1630 (01/2001).

INFORMAÇÕES SOBRE A AMOSTRAGEM

O ponto de coleta, amostragem, identificação e envio das amostras para o laboratório são de responsabilidade do interessado.

DESVIOS, ADIÇÕES OU EXCLUSÕES DOS MÉTODOS DE ENSAIOS

Não aplicável.

INFORMAÇÕES GERAIS


Os resultados deste relatório referem-se apenas às amostras analisadas. Este relatório só deve ser reproduzido completo. A reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório. Os dados referentes à amostragem, análises e demais informações diretamente relacionados aos resultados obtidos neste relatório ficarão armazenados por um prazo de 5 (cinco) anos no laboratório, à disposição do cliente.


CONCLUSÃO DO RELATÓRIO

Análise das amostras conforme solicitação do cliente.

RESULTADOS CONFERIDOS E LIBERADOS POR:

Araraquara, 22 de Abril de 2014


Rafael Rodrigo P. Vasconcelos
Gerente da Qualidade
CRQ IV 04200882


Dr. Vanessa Pezza Franzini
Gerente Técnica
CRQ IV-041 00166

-----FIM DO RELATÓRIO-----