

Solicitante : U2A8 - Marina  
Gerência : UN-RIO/ATP-ABL/OP-P50/GEPLAT  
Número da SOT : 1001587A2  
Natureza da(s) Amostra(s) : Água oleosa.  
Autorizada Por : Sandra Maria Fiúza Gomes Carvalho - Supervisor - CRQ: 03412510 CRQIII  
Técnico Responsável : Fernanda Rosa Francisco CRQ: 03421871 - 3ª Região Ramal : 19294  
Objetivo : ANALISAR A ÁGUA DESCARTADA

Número da Amostra : 4897073 Data da Amostragem : 16/04/2010 Recebimento: 26/04/2010  
Procedência da Amostra : P-50  
Local da Amostragem : Tanque  
Detalhes do P. Amostragem : TQ-5P  
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada  
Outras Informações : Condições normais

Hora da Coleta	Amostrador
22:45:00	Igor
22:45:00	Igor
22:45:00	Igor
22:45:00	Igor

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA	PE-3ED-01400	<5	mg/L

Observações Finais:

**Nota :** Os serviços descritos neste documento foram prestados pela empresa L.A. FALCÃO BAUER

&lt;Final de Boletim&gt;

Pág.: 1 de 1

Os resultados reportados neste documento refere(m)-se a(s) amostra(s) analisada(s). Este Boletim de Resultados somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com a devida autorização do cliente.

Técnico Responsável:  
Fernanda Rosa Francisco  
03421871 - 3ª Região