

Boletim de Resultados Analíticos**Dados da Solicitação**

SOT: **0000036499** Certificado da SOT: **167492**
Solicitante: **GERARDO DA JUSTA ALBANO DE ARATANHA** Origem da SOT: **UO_BC_ATP_MRL/P-33**
Gerência Solicitante: **UO-BC/ATP-MRL/OP-P33/GEPLAT** Natureza da Amostra: **Água Produzida**
Data de Autorização: **21/01/2014** Objetivo: **Monitorar TOG - CONAMA 393 art 5º**
Autorizador: **MARIA CRISTINA SIQUEIRA PACHECO**
Comentários: **SOT referente ao Sample Manager 9.2 => 1300330**

Dados da Amostra

Amostra: **10090660** Certificado da Amostra: **167493**
Data da Amostragem: **17/12/2013 00:00** Recebimento no LF: **08/01/2014 00:00**
Amostrador:
Data da Autorização: **21/01/2014 13:33**
Autorizador: **MARIA CRISTINA SIQUEIRA PACHECO**
Local: **UO_BC_ATP_MRL / P-33**
Ponto de Amostragem: **Saída do Slop BE**

Parâmetro de monitoramento - Art. 5 Res. CONAMA 393

Data de Amostragem	Amostrador	Comentário
17/12/2013 03:00	RAMON ANDRADE DE OLIVEIRA	
17/12/2013 09:00	VINICIUS NICOLI CELIN	
17/12/2013 15:00	VINICIUS NICOLI CELIN	
17/12/2013 21:00	RAMON ANDRADE DE OLIVEIRA	

Resultados

Componente	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	PE-5ED-00125	9	mg/l

Obs.: NA = Não Aplicável

Os resultados reportados neste documento referem-se às amostras analisadas. Este BRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do laboratório e do cliente.

Responsável Técnico: Alexandre Magno José da Rocha - CRQ: 01203912 3ª Região

FINAL DE BOLETIM