



**BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO**  
**E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS**

Emissão: 22/11/2013

Número: 92996

Solicitante : FMVP  
Gerência : UN-BC/ATP-S/OP-EN-P65  
Número da SOT : 1301662  
Natureza das Amostras : Água oleosa.  
Autorizada Por : M<sup>a</sup> Cristina Siqueira Pacheco - Supervisora Operacional da Saybolt - CRQ: 03415702 III  
Técnico Responsável : Fernanda Guimaraes Eickhoff CRQ: 20239 - M - 3<sup>a</sup> Região  
Objetivo : Monitorar a água descartada  
Comentários : MONITORAMENTO

Número da Amostra : 8773275 Data: 04/11/2013 Recebimento: 06/11/2013  
Procedência : P-65  
Local da Amostragem : SKID Medição  
Detalhes P. Amostragem : Não Informado  
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada  
Outras Informações : Condições normais

**PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393**

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
03:00:00	MARCOS	CONDIÇÕES NORMAIS
09:00:00	WILLIAN	"
15:00:00	WILLIAN	"
21:00:00	MARCOS LIMA	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00236	6	mg/L