

Boletim de Resultados Analíticos**Dados da Solicitação**

SOT: 0000044730

Certificado da SOT: 138773

Solicitante: JOAO MARIA NOBRE

Origem da SOT: UO_BC_ATP_AB/P-31

Gerência Solicitante: UO-BC/ATP-AB/OP-P31/GEPLAT

Natureza da Amostra: Agua Produzida

Data de Autorização: 13/01/2014

Objetivo: Monitorar TOG - CONAMA 393 art 5º

Autorizador: MARIA CRISTINA SIQUEIRA PACHECO

Comentários: SOT referente ao Sample Manager 9.2 => 1300369

Dados da Amostra

Amostra: 10111700

Certificado da Amostra: 138774

Data da Amostragem: 19/12/2013 00:00

Recebimento no LF: 26/12/2013 18:03

Amostrador:

Data da Autorização: 13/01/2014 11:32

Autorizador: MARIA CRISTINA SIQUEIRA PACHECO

Local: UO_BC_ATP_AB / P-31

Ponto de Amostragem: Slop BE

Resultados

Componente	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	PE-5ED-00125	<5	mg/l

Obs.: NA = Não Aplicável

* = resultado em revisão

Parâmetro de monitoramento - Art. 5 Res. CONAMA 393

Data de Amostragem	Amostrador	Comentário
19/12/2013 00:00	ALEXANDRE	
19/12/2013 00:00	ALEXANDRE	
19/12/2013 00:00	ALEXANDRE	
19/12/2013 00:00	ALEXANDRE	

Os resultados reportados neste documento referem-se às amostras analisadas. Este BRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do laboratório e do cliente.

Responsável Técnico: Alexandre Magno José da Rocha - CRQ: 01203912 3ª Região

FINAL DE BOLETIM