

Boletim de Resultados Analíticos**Dados da Solicitação**

SOT: **0000015827** Certificado da SOT: **46539**
Solicitante: **GERARDO DA JUSTA ALBANO DE ARATANHA** Origem da SOT: **UO_BC_ATP_MRL/P-33**
Gerência Solicitante: **UO-BC/ATP-MRL/OP-P33** Natureza da Amostra: **Agua Produzida**
Data de Autorização: **13/12/2013** Objetivo: **Monitorar TOG - CONAMA 393 art 5º**
Autorizador: **MARIA CRISTINA SIQUEIRA PACHECO**
Comentários: **Sot referente ao Sample Manager 9.2 => 1300330**

Dados da Amostra

Amostra: **10038043** Certificado da Amostra: **46540**
Data da Amostragem: **20/11/2013 00:00** Recebimento no LF: **29/11/2013 17:21**
Amostrador:
Data da Autorização: **13/12/2013 16:00**
Autorizador: **MARIA CRISTINA SIQUEIRA PACHECO**
Local: **UO_BC_ATP_MRL / P-33**
Ponto de Amostragem: **Saída do Slop BE**

Resultados

| Componente | Procedimento | Resultado | Unidade |
|----------------------|--------------|-----------|---------|
| TEOR DE ÓLEO E GRAXA | PE-5ED-00125 | 7 | mg/l |

Obs.: NA = Não Aplicável

* = resultado em revisão

Parâmetro de monitoramento - Art. 5 Res. CONAMA 393

| Data de Amostragem | Amostrador | Comentário |
|--------------------|--------------------------|------------|
| 20/11/2013 03:00 | VINICIUS NICOLI CELIN | |
| 20/11/2013 09:00 | DILANO GOMES DE OLIVEIRA | |
| 20/11/2013 15:00 | DILANO GOMES DE OLIVEIRA | |
| 20/11/2013 21:00 | VINICIUS NICOLI CELIN | |

Os resultados reportados neste documento referem-se às amostras analisadas. Este BRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do laboratório e do cliente.

Responsável Técnico: Alexandre Magno José da Rocha - CRQ: 01203912 3ª Região

FINAL DE BOLETIM