

Boletim de Resultados Analíticos**Dados da Solicitação**

SOT: **0000030517** Certificado da SOT: **123645**
Solicitante: **GERARDO DA JUSTA ALBANO DE ARATANHA** Origem da SOT: **UO_BC_ATP_MRL/P-33**
Gerência Solicitante: **UO-BC/ATP-MRL/OP-P33/GEPLAT** Natureza da Amostra: **Água Produzida**
Data de Autorização: **08/01/2014** Objetivo: **Monitorar TOG - CONAMA 393 art 5º**
Autorizador: **MARIA CRISTINA SIQUEIRA PACHECO**
Comentários: **SOT referente ao Sample Manager 9.2 => 1300330**

Dados da Amostra

Amostra: **10075804** Certificado da Amostra: **123646**
Data da Amostragem: **12/12/2013 00:00** Recebimento no LF: **21/12/2013 18:48**
Amostrador:
Data da Autorização: **08/01/2014 15:34**
Autorizador: **MARIA CRISTINA SIQUEIRA PACHECO**
Local: **UO_BC_ATP_MRL / P-33**
Ponto de Amostragem: **Saída do Slop BE**

Resultados

| Componente | Procedimento | Resultado | Unidade |
|----------------------|--------------|-----------|---------|
| TEOR DE ÓLEO E GRAXA | PE-5ED-00125 | 5 | mg/l |

Obs.: NA = Não Aplicável

* = resultado em revisão

Parâmetro de monitoramento - Art. 5 Res. CONAMA 393

| Data de Amostragem | Amostrador | Comentário |
|--------------------|---------------------------|------------|
| 12/12/2013 21:00 | RAMON ANDRADE DE OLIVEIRA | |
| 12/12/2013 21:00 | RAMON ANDRADE DE OLIVEIRA | |
| 12/12/2013 21:00 | RAMON ANDRADE DE OLIVEIRA | |
| 12/12/2013 21:00 | RAMON ANDRADE DE OLIVEIRA | |

Os resultados reportados neste documento referem-se às amostras analisadas. Este BRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do laboratório e do cliente.

Responsável Técnico: Alexandre Magno José da Rocha - CRQ: 01203912 3ª Região

FINAL DE BOLETIM