

Boletim de Resultados Analíticos**Dados da Solicitação**

SOT: 000052469 Certificado da SOT: 142849 **que cancela e substitui** 139630
Solicitante: ERNANI LIMA FERREIRA Origem da SOT: UO_BC_ATP_MRL/P-35
Gerência Solicitante: UO-BC/ATP-MRL/OP-P35/GEPLAT Natureza da Amostra: Agua Produzida
Data de Autorização: 14/01/2014 Objetivo: Monitorar TOG - CONAMA 393 art 5º
Autorizador: MARIA CRISTINA SIQUEIRA PACHECO
Comentários: Sot referente ao Sample Manager 9.2 => 1300130

Dados da Amostra

Amostra: 10131412 Certificado da Amostra: 142850 **que cancela e substitui** 139631
Data da Amostragem: 20/12/2013 00:00 Recebimento no LF: 27/12/2013 18:26
Amostrador:
Data da Autorização: 14/01/2014 14:12
Autorizador: MARIA CRISTINA SIQUEIRA PACHECO
Local: UO_BC_ATP_MRL / P-35
Ponto de Amostragem: Slop BE

Resultados

Componente	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	PE-5ED-00125	17	mg/l

Obs.: NA = Não Aplicável

* = resultado em revisão

Parâmetro de monitoramento - Art. 5 Res. CONAMA 393

Data de Amostragem	Amostrador	Comentário
20/12/2013 02:00	DENNIS UBALDO SILVA	
20/12/2013 08:00	ROSANA PEREIRA NEVES DE AZEVEDO	
20/12/2013 14:00	ROSANA PEREIRA NEVES DE AZEVEDO	
20/12/2013 20:00	DENNIS UBALDO SILVA	

Os resultados reportados neste documento referem-se às amostras analisadas. Este BRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do laboratório e do cliente.

Responsável Técnico: Alexandre Magno José da Rocha - CRQ: 01203912 3ª Região

FINAL DE BOLETIM