



**BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO**  
**E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS**

Emissão: 29/11/2013

Número: 93661

Solicitante : IMY9  
Gerência : UN-BC/ATP-N/OP-CH  
Número da SOT : 1300298  
Natureza das Amostras : Água oleosa.  
Autorizada Por : M<sup>a</sup> Cristina Siqueira Pacheco - Supervisora Operacional da Saybolt - CRQ: 03415702 III  
Técnico Responsável : Ellana de Azevedo Oliveira Rodrigues CRQ: 18709-M - 3<sup>a</sup> Região  
Objetivo : Monitorar a água descartada

Número da Amostra : 8786202 Data: 08/11/2013 Recebimento: 13/11/2013  
Procedência : PCH-1  
Local da Amostragem : Saída do vaso 222  
Detalhes P. Amostragem : Não Informado  
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada  
Outras Informações : Condições normais

**PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393**

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
02:00:00	BRUNO	CONDIÇÕES NORMAIS
08:00:00	LACERDA	"
14:00:00	LACERDA	"
20:00:00	BRUNO	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00236	<4	mg/L