



**BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO**  
**E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS**

Emissão: 11/11/2013

Número: 91832

Solicitante : VMLQ  
Gerência : UN-BC/ATP-N/OP-CH/GEPLAT-2  
Número da SOT : 1300573  
Natureza das Amostras : Água descartada  
Autorizada Por : M<sup>a</sup> Cristina Siqueira Pacheco - Supervisora Operacional da Saybolt - CRQ: 03415702 III  
Técnico Responsável : Fernanda Guimaraes Eickhoff CRQ: 20239 - M - 3<sup>a</sup> Região  
Objetivo : Monitorar a água descartada  
Comentários : MONITORAMENTO

Número da Amostra : 8731864 Data: 22/10/2013 Recebimento: 29/10/2013  
Procedência : PCH-2  
Local da Amostragem : Vaso 222 de PCH-2  
Detalhes P. Amostragem : Não Informado  
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada  
Outras Informações : Condições normais

**PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393**

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
04:00:00	SARAH	CONDIÇÕES NORMAIS
10:00:00	ELKE	"
16:00:00	ELKE	"
22:00:00	SARAH	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00125	<5	mg/L