



**BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO**  
**E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS**

Emissão: 18/02/2013

Número: 4527

Solicitante : EKUN - EVANDRO  
Gerência : UN-BC/ATP-N/OP-NA  
Número da SOT : 1300790A  
Natureza das Amostras : Água oleosa.  
Autorizada Por : AMANDA MOURA DA SILVA - TECNICO QUIMICO - CRQ: 03425455  
Técnico Responsável : Vanesa Fernandes dos Santos CRQ: 034.211.77  
Objetivo : MONITORAR A AGUA DESCARTADA

Número da Amostra : 7936793 Data: 22/01/2013 Recebimento: 31/01/2013  
Procedência : PNA-2  
Local da Amostragem : Flotador A  
Detalhes P. Amostragem : Não Informado  
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada  
Outras Informações : Condições normais

**PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393**

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
04:00:00	JOSÉ CARLOS	CONDIÇÕES NORMAIS
04:00:00	JOSÉ CARLOS	"
10:00:00	FELLIPE	"
10:00:00	FELLIPE	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00125	<5	mg/L