



Laboratório de Ensaio acreditado
pela Cgcre/Inmetro de acordo com
a ABNT NBR ISO/IEC 17025.



Boletim de Ensaio

Pág. 1 de 4

Resp. Téc.: **Mario Miranda**

Emitido em: **31.01.2013**

Lab-nº: **13/0387-Rev 1**

Análise em amostras de Água Produzida Descartada

Cliente : L.A. FALCAO BAUER
Endereço : Rua Marlene Brasileiro Martins, nº 315
Vale Encantado - Macaé - RJ
Localização do Projeto : Não fornecido
Data da Coleta : 15.01.2013
Entrega das amostras : 22.01.2013
Início dos ensaios/extração : 22.01.2013
Término dos ensaios : 31.01.2013

INNOLAB do Brasil Ltda.
Rua Sacadura Cabral - 236
Saúde - Rio de Janeiro - RJ
Cep. 20221-161
CNPJ. 04.183.043/0001-00
Tel. (21) 3509-1750
Fax (21) 2233-4621

Projeto : 40/13-1
Gerente do Projeto : Subcontratação referente ao contrato Petrobrás

Parâmetro	40 / 13-1 (mg/L)	Ref. Método	L.Q. (mg/L)	L.D. (mg/L)
Arsênio	nd	MA-071-L2	0,01	0,007
Bário	102,34	MA-071-L2	0,04	0,02
Cádmio	nd	MA-071-L2	0,002	0,001
Carbono Orgânico Total	94	MA-019-L2	2	1
Chumbo	nd	MA-071-L2	0,006	0,004
Cobre	nd	MA-071-L2	0,002	0,001
Cromo	nd	MA-071-L2	0,003	0,001
Ferro	8,20	MA-071-L2	0,03	0,02
Manganês	0,062	MA-071-L2	0,005	0,003
Mercurio	nd	MA-071-L2	0,0005	0,0002
Níquel	nd	MA-071-L2	0,006	0,004
Nitrogênio Amoniacal	95,69	MA-025-L2	0,02	0,01
Vanádio	nd	MA-071-L2	0,02	0,01

*APHA-AWWA 21ª Ed.

conferido



Laboratório de Ensaio acreditado
pela Cgcre/Inmetro de acordo com
a ABNT NBR ISO/IEC 17025.



Boletim de Ensaio

Pág. 2 de 4

Resp. Téc.: **Mario Miranda**

Emitido em: **31.01.2013**

Lab-nº: **13/0387-Rev 1**

Parâmetro	40 / 13-1 (mg/L)	Ref. Método	L.Q. (mg/L)	L.D. (mg/L)
Zinco	0,295	MA-071-L2	0,008	0,004

*APHA-AWWA 21ª Ed.

conferido



Laboratório de Ensaio acreditado
pela Cgcre/Inmetro de acordo com
a ABNT NBR ISO/IEC 17025.

Boletim de Ensaio

Pág. 3 de 4

Resp. Téc.: **Mario Miranda**

Emitido em: **31.01.2013**

Lab-nº: **13/0387-Rev 1**

Padrões de Controle Analítico (PCA)

	Concentração esperada (mg/L)	Concentração obtida (mg/L)
Arsênio	0,06	0,06
Bário	0,33	0,31
Cádmio	0,022	0,022
Carbono Orgânico Total	5	5
Chumbo	0,022	0,020
Cobre	0,022	0,022
Cromo	0,022	0,022
Ferro	0,33	0,33
Manganês	0,022	0,022
Mercurio	0,022	0,022
Níquel	0,022	0,022
Nitrogênio Amoniacal	0,5	0,5
Vanádio	0,33	0,33
Zinco	0,022	0,022



Laboratório de Ensaio acreditado
pela Cgcre/Inmetro de acordo com
a ABNT NBR ISO/IEC 17025.



Innolab

Boletim de Ensaio

Pág. 4 de 4

Resp. Téc.: **Mario Miranda**

Emitido em: **31.01.2013**

Lab-nº: **13/0387-Rev 1**

Observações

1. Legenda
 - L.D. – Limite de detecção reportado
 - L.Q. – Limite de Quantificação reportado
 - na – Não analisado
 - nd – Não detectado
2. Foram utilizados Brancos de Controle conforme metodologia informada.
3. **O laboratório não é o responsável pela amostragem**, portanto, os resultados contidos neste boletim referem-se exclusivamente às amostras nele descritas, que foram coletadas e enviadas pelo solicitante.
4. Os métodos utilizados neste(s) ensaios(s) apresentam-se conformes em relação ao método referenciado. Caso o(s) ensaio(s) tenha(m) apresentado desvio(s), adições ou exclusões, estes estarão listados no item informações adicionais do relatório.
5. Os valores para amostras sólidas reportados são relativos à massa seca, salvo observações.
6. As metodologias acreditadas poderão ser localizadas no site do INMETRO sob CRL 0310.
7. Este Boletim de Ensaio só deverá ser reproduzido por completo.

FM-004-L2A	Boletim de Ensaio – Inorgânica – Acreditado	Rev.03	14/01/2013
------------	---	--------	------------

conferido


Mario Miranda de Souza
CRQ 3ª Região: 03311264
Chefe de Laboratório