



Laboratório de Ensaio acreditado
pela Cgcre/Inmetro de acordo com
a ABNT NBR ISO/IEC 17025.



Boletim de Ensaio

Pág. 1 de 3

Resp. Téc.: **Mario Miranda**

Emitido em: **26.08.2013**

Lab-nº: **13/6596**

Análise em amostras de água produzida descartada

Cliente : L.A. FALCAO BAUER
Endereço : Rua Marlene Brasileiro Martins, nº 315
Vale Encantado - Macaé - RJ
Localização do Projeto : Não fornecido
Data da Coleta : 30.07.2013
Entrega das amostras : 05.08.2013
Início dos ensaios/extração : 05.08.2013
Término dos ensaios : 26.08.2013

INNOLAB do Brasil Ltda.
Rua Sacadura Cabral - 236
Saúde - Rio de Janeiro - RJ
Cep. 20221-161
CNPJ. 04.183.043/0001-00
Tel. (21) 3509-1750
Fax (21) 2233-4621

Projeto : 44-B/13-2
Gerente do Projeto : Subcontratação referente ao contrato Petrobras 4600325181

Parâmetro	44-B/13-2 16:30 (mg/L)	Ref. Método	L.Q. (mg/L)	L.D. (mg/L)
Arsênio	0,01	MA-071-L2	0,01	0,007
Bário	12,90	MA-071-L2	0,04	0,02
Cádmio	nd	MA-071-L2	0,002	0,001
Carbono Orgânico Total	197	MA-019-L2	2	1
Chumbo	nd	MA-071-L2	0,006	0,004
Cobre	nd	MA-071-L2	0,002	0,001
Cromo	nd	MA-071-L2	0,003	0,001
Ferro	0,53	MA-071-L2	0,03	0,02
Manganês	0,011	MA-071-L2	0,005	0,003
Mercúrio	0,0008	MA-071-L2	0,0005	0,0002
Níquel	nd	MA-071-L2	0,006	0,004
Nitrogênio Amoniacal	42,37	MA-025-L2	0,02	0,01
Vanádio	nd	MA-071-L2	0,02	0,01
Zinco	nd	MA-071-L2	0,008	0,004

*APHA-AWWA 21ª Ed.

conferido



Laboratório de Ensaio acreditado
pela Cgcre/Inmetro de acordo com
a ABNT NBR ISO/IEC 17025.



Innolab

Boletim de Ensaio

Pág. 2 de 3

Resp. Téc.: **Mario Miranda**

Emitido em: **26.08.2013**

Lab-nº: **13/6596**

Padrões de Controle Analítico (PCA)

	Concentração esperada (mg/L)	Concentração obtida (mg/L)
Arsênio	0,06	0,05
Bário	0,33	0,35
Cádmio	0,022	0,021
Carbono Orgânico Total	5	5
Chumbo	0,022	0,021
Cobre	0,022	0,022
Cromo	0,022	0,022
Ferro	0,33	0,33
Manganês	0,022	0,023
Mercurio	0,022	0,022
Níquel	0,022	0,020
Nitrogênio Amoniacal	0,5	0,5
Vanádio	0,33	0,31
Zinco	0,022	0,022



Laboratório de Ensaio acreditado
pela Cgcre/Inmetro de acordo com
a ABNT NBR ISO/IEC 17025.



Innolab

Boletim de Ensaio

Pág. 3 de 3

Resp. Téc.: **Mario Miranda**

Emitido em: **26.08.2013**

Lab-nº: **13/6596**

Observações

1. Legenda
 - L.D. – Limite de detecção reportado
 - L.Q. – Limite de Quantificação reportado
 - na – Não analisado
 - nd – Não detectado
2. Foram utilizados Brancos de Controle conforme metodologia informada.
3. **O laboratório não é o responsável pela amostragem**, portanto, os resultados contidos neste boletim referem-se exclusivamente às amostras nele descritas, que foram coletadas e enviadas pelo solicitante.
4. Os métodos utilizados neste(s) ensaios(s) apresentam-se conformes em relação ao método referenciado. Caso o(s) ensaio(s) tenha(m) apresentado desvio(s), adições ou exclusões, estes estarão listados no item informações adicionais do relatório.
5. Os valores para amostras sólidas reportados são relativos à massa seca, salvo observações.
6. As metodologias acreditadas poderão ser localizadas no site do INMETRO sob CRL 0310.
7. Este Boletim de Ensaio só deverá ser reproduzido por completo.

FM-004-L2A	Boletim de Ensaio – Inorgânica – Acreditado	Rev.03	14/01/2013
------------	---	--------	------------

conferido


Mario Miranda de Souza
CRQ 3ª Região: 03311264
Chefe de Laboratório