



**BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO**  
**E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS**

Emissão: 26/04/2013

Número: 28740

Solicitante : NSUR  
Gerência : UN-RIO/ATP-RO/OP-P52  
Número da SOT : 1007047  
Natureza das Amostras : Água oleosa.  
Autorizada Por : Nayara Caetano Gois - Técnica Química - CRQ: 20604 - M  
Técnico Responsável : Rutilene da Costa Meirelles CRQ: 03423350 - 3º Região  
Objetivo : Monitorar a água descartada

Número da Amostra : 8087462 Data: 06/04/2013 Recebimento: 12/04/2013  
Procedência : P-52  
Local da Amostragem : Saída do Tubo de Despejo  
Detalhes P. Amostragem : Não Informado  
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada  
Outras Informações : Condições normais

**PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393**

| Hora da Coleta | Amostrador   | Observações       |
|----------------|--------------|-------------------|
| 02:00:00       | CARLOS ANDRÉ | CONDIÇÕES NORMAIS |
| 08:00:00       | BRUNO        | "                 |
| 14:00:00       | BRUNO        | "                 |
| 20:00:00       | CARLOS ANDRÉ | "                 |

| Ensaio               | Técnica                            | Procedimento | Resultado | Unidade |
|----------------------|------------------------------------|--------------|-----------|---------|
| TEOR DE ÓLEO E GRAXA | GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA | PE-5ED-00236 | 4         | mg/L    |