

Viamão, 24 de agosto de 2016

## LAUDO ANALÍTICO BQ-149901/16

**Empresa:** Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

**Endereço:** Av. Elias Agostinho, 665 - 27913-350 - Macaé - RJ

**Identificação da amostra:** 12859333

**Amostrado por:** Cliente

**Data da coleta:** 13/07/2016

**Data de recebimento:** 15/07/2016

**Período de análise:** 09/08/16 a 11/08/16

**Condição da amostra no recebimento:**

Congelada

### RESULTADOS

CENO = 0,39%; CEO = 0,78%

A amostra causou 12 % de efeito sobre o desenvolvimento embrionário dos organismos expostos na menor concentração testada e 100% de efeito sobre os organismos da maior concentração testada

### METODOLOGIA

ABNT NBR 15350 (2006) Ecotoxicologia Aquática – Toxicidade crônica de curta duração – Método de ensaio com ouriço-do-mar (Echinodermata: Echinoidea).

ABNT NBR 15469 (2015) Ecotoxicologia aquática - Coleta, preservação e preparo de amostras.

Organismo teste: *Echinometra lucunter*

Objetivo: avaliar os efeitos tóxicos sobre o desenvolvimento embrionário.

Desvio da metodologia: Nenhum.

#### Condições ambientais

Temperatura:	entre 23 e 27°C
Fotoperíodo:	16h luz / 8h escuro
Salinidade:	33 ± 3 PSU
Período de exposição:	36 horas

#### Critérios de validação

Parâmetros	Critério	Resultado	
Mortalidade no controle	Máximo 20%	11,75%	Passa
Oxigênio dissolvido	≥ 40% da saturação (3,6 mg/L)	5,86 mg/L	Passa
(NaCl)	CL 50 entre 0,03 e 1,01 mg/L	0,55 mg/L	Passa
Teste válido			

## LAUDO ANALÍTICO BQ-149901/16

Data início:	09/08/2016	Data término:	11/08/16
Nº réplicas/concentração:	4	Substância de referência:	Dicromato de potássio
Temperaturas (°C):	Mín.: 25	Máx.: 26	Média: 25,5

### Preparo das soluções

As concentrações teste foram preparadas utilizando-se Água natural

Concentração %	Preparo das soluções teste		
A- Controle	Água natural		
SAL - --	--	--	→ --
B- 0,39	0,3906 mL de amostra		→ 100 mL de Água natural
C- 0,78	0,7813 mL de amostra		→ 100 mL de Água natural
D- 1,56	1,5625 mL de amostra		→ 100 mL de Água natural
E- 3,13	3,125 mL de amostra		→ 100 mL de Água natural
F- 6,25	6,25 mL de amostra		→ 100 mL de Água natural
G- 12,50	12,5 mL de amostra		→ 100 mL de Água natural
H- --	--	--	→ --
I- --	--	--	→ --
J- --	--	--	→ --
K- --	--	--	→ --

### Parâmetros físico - químicos:

Identificação %	Salinidade (‰)		O.D. (mg/L)		pH	
	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final
Controle	33,2	36,1	5,86	7,38	7,38	8,37
Controel salmoura	--	--	--	--	--	--
0,391 %	33,0	32,3	5,86	8,91	8,91	8,75
0,781 %	33,0	32,3	5,86	8,88	8,88	8,71
1,563 %	33,0	33,3	5,86	8,87	8,87	8,64
3,125 %	32,1	33,3	5,76	5,84	5,84	8,59
6,250 %	32,9	33,3	5,73	8,81	8,81	8,57
12,500 %	32,8	33,2	5,79	8,84	8,84	8,73
-- %	--	--	--	--	--	--
-- %	--	--	--	--	--	--
-- %	--	--	--	--	--	--
-- %	--	--	--	--	--	--

### LAUDO ANALITICO BQ-149901/16

Identificação	Réplica	Desenvolvimento embrionário		% de Efeito
		Atrasados	Total de embriões	
Controle	A1	13	100	11,8
	A2	12	100	
	A3	10	100	
	A4	13	100	
	A5	13	100	
	A6	12	100	
	A7	10	100	
	A8	11	100	
Controle da salmoura	SAL1	--	--	--
	SAL2	--	--	
	SAL3	--	--	
	SAL4	--	--	
0,391	B1	11	100	12,0
	B2	13	100	
	B3	12	100	
	B4	12	100	
0,781	C1	14	100	16,0
	C2	15	100	
	C3	17	100	
	C4	18	100	
1,563	D1	19	100	18,3
	D2	20	100	
	D3	16	100	
	D4	18	100	
3,125	E1	25	100	24,8
	E2	27	100	
	E3	24	100	
	E4	23	100	
6,250	F1	27	100	27,8
	F2	33	100	
	F3	29	100	
	F4	22	100	
12,500	G1	100	100	100,0
	G2	100	100	
	G3	100	100	
	G4	100	100	
--	H1	--	--	--
	H2	--	--	
	H3	--	--	
	H4	--	--	
--	I1	--	--	--
	I2	--	--	
	I3	--	--	
	I4	--	--	

## LAUDO ANALÍTICO BQ-149901/16

Identificação	Réplica	Desenvolvimento embrionário		% de Efeito
		Atrasados	Total de embriões	
--	J1	--	--	--
	J2	--	--	
	J3	--	--	
	J4	--	--	
--	K1	--	--	--
	K2	--	--	
	K3	--	--	
	K4	--	--	

### Procedimentos estatísticos:

Verificação da normalidade da distribuição:

Normal conforme Kolmodorov Test

Procedimento de comparação de médias:

Anova – Bonferroni –t Test

Programa estatístico:

Toxstat versão 3.5

### Significância dos efeitos comparados ao controle

Title: 149901

File: 149901

Transform:

NO TRANSFORMATION

Bonferroni t-Test - TABLE 1 OF 2


Ho: Control>Treatment

GROUP	IDENTIFICATION	TRANSFORMED	MEAN CALCULATED IN		SIG
		MEAN	ORIGINAL UNITS	t STAT	
1	C	11.7500	11.7500		
2	0.39	12.0000	12.0000	0.2004	
3	0.78	16.0000	16.0000	3.4068	*
4	1.56	18.2500	18.2500	5.2104	*
5	3.13	24.7500	24.7500	10.4209	*
6	6.25	27.7500	27.7500	12.8257	*
7	12.5	100.0000	100.0000	70.7416	*

Bonferroni t critical value = 2.5660 (1 Tailed, alpha = 0.05, df = 6,25)

## LAUDO ANALÍTICO BQ-149901/16

### Carta controle da substância de referência



#### Resultados da substância de referência:

CE50 (último ensaio): 0,55 mg/L  
Média: 0,52 mg/L  
Desvio padrão (DP): 0,243697 mg/L  
Coeficiente de variação: 46,67249 %

Laís Donini Abujamara  
Bióloga – CRBio – 88333/03-D

Os resultados contidos nesse documento têm significação restrita e se aplicam exclusivamente à amostra.  
Este documento só pode ser reproduzido na íntegra.