

Cliente: Statoil do Brasil Ltda	
Endereço: Praia de Botafogo, 228/ 14th floor Botafogo - Rio de Janeiro, RJ	
Contato: Leonardo Ribeiro	
Telefone: (21) 3479- 0356	E-mail: leor@statoil.com

INFORMAÇÕES GERAIS

Método Utilizado: SMEWW 5520 B - Liquid - Liquid, Partition Gravimetric Method
Responsável pela coleta: Cliente
Data de recebimento das amostras: 15/05/2015
Temperatura de recebimento °C: Refrigerada
Data da Análise: 16/05/2015 a 25/05/2015
Data de Emissão do Relatório: 26/05/2015
Ordem de Serviço: 3014004.00707/2015

IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS

ID da SGS	Ponto de Amostragem	Data da coleta	Hora da coleta
0436-15	CFU	08/05/15	21:00/21:00/21:00/21:00
0437-15	CFU	09/05/15	01:00/05:00/11:00/17:00
0438-15	CFU	10/05/15	00:01/00:10/05:00/17:00
0439-15	CFU	11/05/15	00:10/05:00/11:00
0440-15	CFU	12/05/15	03:20/03:20/03:20/11:00

AMOSTRA 0436-15

Data da Coleta: 08/05/15

Análise	Unidade	Resultado	Especificação
Teor de Óleo e Graxa	mg/L	12	42

AMOSTRA 0437-15

Data da Coleta: 09/05/15

Análise	Unidade	Resultado	Especificação
Teor de Óleo e Graxa	mg/L	13	42

AMOSTRA 0438-15

Data da Coleta: 10/05/15

Análise	Unidade	Resultado	Especificação
Teor de Óleo e Graxa	mg/L	13	42

AMOSTRA 0439-15

Data da Coleta: 11/05/15

Análise	Unidade	Resultado	Especificação
Teor de Óleo e Graxa	mg/L	9	42

AMOSTRA 0440-15

Data da Coleta: 12/05/15

Análise	Unidade	Resultado	Especificação
Teor de Óleo e Graxa	mg/L	<5	42

OBSERVAÇÕES FINAIS

- Os resultados obtidos têm seu valor restrito às amostras analisadas.
- As amostras foram analisadas como recebidas, isentando o laboratório de qualquer responsabilidade referente aos procedimentos e dados de coleta.
- Limite apresentado refere-se ao valor máximo permissível estabelecido pela Resolução CONAMA nº. 393, artigo 5, de 08/08/2007.
- Parâmetros terceirizados de acordo com os relatórios analíticos nº 22241/2015-1.0; 22242/2015-1.0; 22243/2015-1.0; 22244/2015-1.0 e 22245/2015-1.0.



Márcio Ricardo Marques Barbosa
CRQ: 21400770
Supervisor

A informação declarada neste relatório (ou certificado) é oriunda dos resultados de inspeção ou procedimentos analíticos efetuados de acordo com as instruções do Cliente, e/ou nossa avaliação de tais resultados com base em quaisquer padrões técnicos, práticas comerciais ou experiência, ou outras circunstâncias as quais de nossa opinião profissional serem levadas em conta. Para avaliação dos resultados, os registros de precisão dos métodos se aplicam. Favor referir-se também ao ASTM 3244-90a, IP 367/84 e IP Standard (Test Methods) Appendix E, Standard Practice for Utilization of Test Data, p conformidade com o Contrato de Venda. As disposições em contrário não são de nossa responsabilidade. A responsabilidade da Empresa sob este Certificado limita-se aos casos de negligência grave comprovada pelos Principais e não será superior a dez vezes o valor dos honorários ou comissões. Exceto por acordo especial, as amostras, se retiradas, não serão retidas pela Empresa por mais de três meses.