

RELATÓRIO TÉCNICO DE SERVIÇOS

CONTRATO DE MANUTENÇÃO – OUTUBRO DE 2016

MEDIDORES DE PARTICULADO PCME

ELETROBRAS CGTEE – CANDIOTA - RS

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Nº: 61016

Tipo de Serviço: **Verificação Técnica**
 Comissionamento / Startup

Data: 06/10/2016

CONTRATANTE: ELETROBRÁS CGTEE LOCALIZAÇÃO: Candiota – RS
 CONTATO RESPONSÁVEL: Luis Eduardo Brose Piotrowicz DEPARTAMENTO: Engenharia de Meio Ambiente Nº DO CONTRATO: CGTEE-002/2016
 TELEFONE: (53) 3245-7535 RAMAL: ----- FAX: ----- E-MAIL: luisp@cgtee.gov.br

Descritivo de Horas

	VIAGEM / DESLOCAMENTO				EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS			
	DATA	INÍCIO	TÉRMINO	TOTAL DE HORAS	DATA	INÍCIO	TÉRMINO	TOTAL DE HORAS
SEGUNDA-FEIRA	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TERÇA-FEIRA	04/10/2016	11:00	20:00	09:00	-----	-----	-----	-----
QUARTA-FEIRA	-----	-----	-----	-----	05/10/2016	09:00	18:00	09:00
QUINTA-FEIRA	-----	-----	-----	-----	06/10/2016	09:00	16:00	07:00
SEXTA-FEIRA	07/10/2016	05:00	13:00	08:00	-----	-----	-----	-----
SÁBADO	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
DOMINGO	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL DE HORAS DE DESLOCAMENTO:			17:00	TOTAL DE HORAS DE SERVIÇOS:			16:00

TOTAL GERAL DE HORAS: 33:00

ELETROBRÁS CGTEE

Luis Eduardo Brose Piotrowicz
 Divisão de Meio Ambiente

ZELL AMBIENTAL LTDA.

Claudio Nobrega
 Responsável Técnico pelos Serviços

Relatório Técnico de Serviços

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

05/10/2016

Serviços Executados:

- FASE B - CHAMINÉ 01 - CALDEIRAS 01 e 02 – S/N: 39458 / S/N: 39463

Serviços executados:

- Limpeza externa do equipamento.
- Limpeza das lentes de medição.
- Verificação do alinhamento.
- Verificação de obstrução do passo óptico.
- Ajuste de contraste e sensibilidade do equipamento.

- FASE B - CHAMINÉ 02 - CALDEIRA 03 – S/N: 39459 / S/N: 39464

Serviços executados:

- Limpeza externa do equipamento.
- Limpeza das lentes de medição.
- Verificação de obstrução do passo óptico.
- Verificação do alinhamento.
- Ajuste de contraste e sensibilidade do equipamento.

- FASE B - CHAMINÉ 03 - CALDEIRA 04 – S/N: 39460 / S/N: 39465

Serviços executados:

- Limpeza externa do equipamento.
- Limpeza das lentes de medição.
- Verificação de obstrução do passo óptico.
- Verificação do alinhamento.
- Ajuste de contraste e sensibilidade do equipamento.

Relatório Técnico de Serviços

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

06/10/2016

Serviços Executados:

- FASE C - CHAMINÉ A - S/N: 53852 / S/N: 53855

Serviços executados:

- Limpeza externa do equipamento.
- Limpeza das lentes de medição.
- Verificação do alinhamento.
- Verificação de obstrução do passo óptico.
- Ajuste de contraste e sensibilidade do equipamento.

- FASE C - CHAMINÉ B - S/N: 53851 / S/N: 53854

Serviços executados:

- Limpeza externa do equipamento.
- Limpeza das lentes de medição.
- Verificação de obstrução do passo óptico.
- Verificação do alinhamento.
- Ajuste de contraste e sensibilidade do equipamento.